




Prüfbericht-Nr.: <i>Test Report No.:</i>	50316420 001	Auftrags-Nr.: <i>Order No.:</i>	244123700	Seite 1 von 26 <i>Page 1 of 26</i>
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client Reference No.:</i>	405703	Auftragsdatum: <i>Order date.:</i>	04.03.2019	
Auftraggeber: <i>Client:</i>	Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd. Haier Industrial Park, Economic Technology Development Zone, Qingdao, P. R. China			
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	Deep Freezer			
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type No.:</i>	DW-30L818BP, DW-30L818BPT (Haier)			
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	EMC Test			
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	EN 61326-1:2013			
Wareneingangsdatum: <i>Date of receipt:</i>	09.10.2019	 <p>(DW-30L818BPT)</p>		
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample No.:</i>	244123700-1-1			
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	Refer to test report			
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	Refer to clause 1.1			
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Pass			
geprüft von / tested by:	kontrolliert von / reviewed by:			
				
Datum <i>Date</i>	Name/Stellung <i>Name/Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>	Datum <i>Date</i>	Name/Stellung <i>Name/Position</i>
21.11.2019	Xuelan Zhang/Senior project manager		21.11.2019	Jiayi Zhou/Senior manager
Sonstiges / Other: Refer to page 2 for the detail information.				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>		
* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhalt P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet		Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specifications(s) F(ail) = failed a.m. test specifications(s) N/A = not applicable N/T = not tested		
<p>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.</p> <p><i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i></p>				